FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

N. 2008 — 2767 [C − 2008/11097]

25 JULI 2008. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1972 houdende gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen en tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van hoofdstuk II van deze wet, over de meetwerktuigen

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen, de artikelen 22, §§ 1 en 2, en 30, § 5, ingevoegd bij de wet van 20 juli 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 1972 houdende gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen en tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van hoofdstuk II van deze wet, over de meetwerktuigen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 december 1983 en 17 juli 1986;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 november 1978 betreffende de herijk en de technische controle van meetwerktuigen;

Overwegende dat voldaan is aan de formaliteiten voorgeschreven bij de richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (notificatie 2006 0150 B);

Gelet op advies 42.434/1 van de Raad van State, gegeven op 20 september 2007;

Op de voordracht van Onze Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 14 van het koninklijk besluit van 20 december 1972 houdende gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, meetstandaarden en meetwerktuigen, en tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van hoofdstuk II van deze wet, over de meetwerktuigen, wordt vervangen als volgt :

« Art. 14. De herijk heeft plaats om de vier jaar, behoudens toepassing van bijzondere koninklijke besluiten betreffende de verschillende groepen meetinstrumenten. ».

Art. 2. Artikel 16 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :

« Art. 16. De gedetailleerde bepalingen omtrent de inrichting van de herijkzittingen, het opmaken van de lijsten van de ijkplichtigen en de oproeping van de ijkplichtigen worden bepaald door de Minister van Economie, hierna de Minister genoemd. ».

Art. 3. In hetzelfde besluit worden na titel II, de titels II*bis* en II*ter*, die de artikelen 34*bis*1 tot 34*bis*20 omvatten, ingevoegd, luidende :

« TITEL II*bis*. — Erkende keuringsinstellingen voor het uitvoeren van de herijk

HOOFDSTUK I. — Erkenning en bevoegdheden van de keuringsinstellingen

Art. 34*bis*1. § 1. De meetwerktuigen waarvoor de proeven van de herijk door keuringsinstellingen, erkend overeenkomstig de artikelen 34*bis*2 en volgende van dit besluit, worden uitgevoerd, worden door Ons bepaald.

§ 2. De meetwerktuigen waarvoor de erkende keuringsinstellingen gemachtigd zijn om na afloop van de herijkverrichting vermeld in § 1 van dit artikel, aanvaardingsmerken, uitgestelde aanvaardingsmerken en afkeuringsmerken, zoals bepaald in hoofdstuk IV van deze titel, aan te brengen, worden door Ons bepaald.

§ 3. De herijk kan gebeuren onder de vorm van een metrologisch onderhoudscontract dat minstens de door Ons bepaalde minimale metrologische clausules bevat.

Dit contract wordt door de houder van het meetwerktuig gesloten met een erkende keuringsinstelling.

De meetwerktuigen waarvoor een onderhoudscontract verplicht is worden door Ons bepaald.

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

F. 2008 — 2767 [C − 2008/11097]

25 JUILLET 2008. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, les articles 22, §§ 1er et 2, et 30, § 5, inséré par la loi du 20 juillet 2006;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure, modifié par les arrêtés royaux du 16 décembre 1983 et du 17 juillet 1986;

Vu l'arrêté ministériel du 7 novembre 1978 relatif à la vérification périodique et au contrôle technique des instruments de mesure;

Considérant que les formalités prescrites par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ont été accomplies (notification 2006 0150 B);

Vu l'avis 42.434/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 14 de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure, est remplacé comme suit :

« Art. 14. La vérification périodique a lieu tous les quatre ans, sous réserve de l'application d'arrêtés spécifiques relatifs aux divers groupes d'instruments de mesure. ».

Art. 2. L'article 16 du même arrêté est remplacé comme suit :

« Art. 16. Les dispositions détaillées relatives à l'organisation des séances de vérification périodique, à l'établissement des listes des assujettis et à la convocation de ceux-ci sont arrêtées par le Ministre de l'Economie, dénommé ci-après le Ministre. ».

Art. 3. Il est inséré dans le même arrêté après le titre II, les titres II*bis* et II*ter*, comprenant les articles 34*bis*1 à 34*bis*20, rédigés comme suit :

« TITRE II*bis*. — Organismes d'inspection agréés pour l'exécution de la vérification périodique

CHAPITRE Ier. — Agrément et compétences des organismes d'inspection

Art. 34*bis*1. § 1er. Les instruments de mesure pour lesquels les essais de vérification périodique sont effectués par des organismes d'inspection agréés conformément aux articles 34*bis*2 et suivants de cet arrêté sont définis par Nous.

§ 2. Les instruments de mesure pour lesquels les organismes d'inspection agréés sont autorisés, à l'issue de la séance de vérification périodique mentionnée au § 1er du présent article, à apposer les marques d'acceptation, les marques d'acceptation différée et les marques de refus définies au chapitre IV du présent titre sont définis par Nous.

§ 3. La vérification périodique peut prendre la forme d'un contrat d'entretien métrologique contenant au moins les clauses métrologiques minimales fixées par Nous.

Ce contrat est conclu par le détenteur de l'instrument de mesure avec un organisme d'inspection agréé.

Les instruments de mesure pour lesquels un contrat d'entretien est obligatoire sont définis par Nous.

Art. 34*bis*2. § 1. De keuringsinstellingen worden door de Minister of zijn gevolmachtigde erkend op grond van de erkenningsvoorwaarden bepaald in de besluiten met betrekking op de verschillende groepen meetwerktuigen en op grond van :

1° hetzij een accreditatie verleend door een Belgische accreditatie-instelling overeenkomstig gedefinieerde criteria in normatieve documenten die erkend en aanvaard zijn op internationaal vlak en die tot doel hebben het vertrouwen in de beproevings- en kalibratielaboratoria, de keuringsinstellingen en de instellingen voor certificatie van producten te bevorderen;

2° hetzij een gelijkwaardige accreditatie verleend door een accreditatie-instelling die lid is van de EA (European Cooperation for Accreditation).

Het type accreditatie volgens het betrokken meetwerktuig wordt door Ons bepaald.

§ 2. De namen en kwalificaties van het personeel belast met de ijkingen, hierna keurder genoemd, worden bij de bevoegde Dienst bekendgemaakt. Dit personeel volgt de opleidingen op het vlak van de wettelijke metrologie in verband met de erkenningsvoorwaarden georganiseerd door de bevoegde Dienst.

§ 3. De erkenning wordt verleend voor een categorie van meetwerktuigen in functie van het toepassingsdomein van de accreditatie.

§ 4. Ingeval van afwezigheid van keuringsinstelling worden de prestaties bedoeld in artikel 34*bis*1 echter uitgevoerd door de bevoegde Dienst.

Art. 34*bis*3. § 1. De aanvraag tot erkenning of tot hernieuwing van de erkenning wordt gericht aan de bevoegde Dienst.

De erkenningsaanvraag vermeldt duidelijk op welke categorie van meetwerktuigen zij betrekking heeft.

Bij de aanvraag wordt een afschrift van de nodige stukken gevoegd, waaronder een afschrift van het bewijs van de accreditatie, bedoeld in artikel 34*bis*2.

§ 2. De erkenningsaanvraag wordt onderzocht door de bevoegde Dienst. Dit onderzoek is gesteund op de bij het aanvraagdossier gevoegde stukken alsook op elk nodig geacht onderzoek ter plaatse.

§ 3. De bevoegde Dienst onderzoekt de ontvankelijkheid en volledigheid van de aanvraag en stelt de aanvrager hiervan in kennis. Hij deelt hem mee welke stukken en inlichtingen er nog ontbreken.

§ 4. Binnen zestig dagen na de vaststelling van de volledigheid van het dossier neemt de minister of zijn gemachtigde een beslissing waarbij de erkenning al dan niet wordt verleend.

Art. 34*bis*4. De controle op de naleving van de reglementaire verplichtingen van een erkende keuringsinstelling zoals bepaald in hoofdstuk II van deze titel, bestaat in een toezicht op haar activiteiten door de ambtenaren van de bevoegde Dienst die hiertoe door de Minister aangesteld zijn. Dit toezicht komt, inzonderheid, tot stand door een controle a posteriori van de nageziene meetwerktuigen of onverwacht bij een tussenkomst door een erkende keuringsinstelling.

Art. 34*bis*5. Wanneer de erkende keuringsinstelling de bepalingen van dit besluit of de in uitvoering van dit besluit genomen bepalingen niet naleeft, kan de Minister of zijn gemachtigde op ieder moment de erkenning geheel of ten dele opschorten of intrekken, nadat de erkende keuringsinstelling in staat werd gesteld zijn opmerkingen kenbaar te maken.

HOOFDSTUK II. — Verplichtingen van de erkende keuringsinstellingen

Art. 34*bis*6. De erkende keuringsinstellingen leven de erkenningsvoorwaarden na.

Zij informeren de bevoegde Dienst van elk nieuw element dat invloed kan hebben op de geldigheidsvoorwaarden van hun erkenning.

Art. 34*bis*7. De erkende keuringsinstellingen, bevoegd om justeringen uit te voeren, justeren de meet-werktuigen zodanig dat de vastgestelde fouten zo dicht mogelijk nul benaderen.

Art. 34*bis*8. § 1. De meetwerktuigen onderworpen aan herijk door een erkende keuringsinstelling overeenkomstig artikel 34*bis*1, § 1 en 2 of aan een onderhoudscontract overeenkomstig artikel 34*bis*1, § 3 worden, indien zij aan de voorgeschreven proeven voldaan hebben, door deze instelling voorzien van een aanvaardingsmerk bepaald in artikel 34*bis*16.

§ 2. Het meetwerktuig wordt geweigerd indien de proeven en onderzoeken aantonen dat het meetwerktuig niet in overeenstemming is met de reglementaire beschikkingen.

Art. 34*bis*2. § 1er. Les organismes d'inspection sont agréés par le Ministre ou son délégué sur base des conditions d'agrément définies dans les arrêtés relatifs aux divers groupes d'instruments de mesure et sur base :

1° soit d'une accréditation délivrée par un organisme d'accréditation belge conformément aux critères définis dans des documents normatifs reconnus et acceptés au niveau international et qui ont pour objectif de promouvoir la confiance dans les laboratoires d'essai, d'étalonnage, les organismes d'inspection et les organismes de certification de produits;

2° soit d'une accréditation équivalente délivrée par un organisme d'accréditation qui est membre de l'EA (European Cooperation for Accreditation).

Le type d'accréditation suivant l'instrument de mesure concerné est fixé par Nous.

§ 2. Les noms et qualités du personnel chargé des vérifications, dénommé ci-après inspecteur, sont communiqués au Service compétent. Ce personnel suit les formations dans le domaine de la métrologie légale relatives aux conditions d'agrément organisées par le Service compétent.

§ 3. L'agrément est délivré pour une catégorie d'instruments de mesure en fonction du domaine d'application de l'accréditation.

§ 4. Toutefois, en cas d'absence d'organisme agréé, les prestations visées à l'article 34*bis*1 sont effectuées par le Service compétent.

Art. 34*bis*3. § 1er. La demande d'agrément ou de renouvellement de l'agrément est adressée au Service compétent.

La demande d'agrément mentionne clairement la catégorie d'instruments de mesure qu'elle vise.

A la demande, sont jointes les pièces nécessaires dont la copie du certificat d'accréditation, visé à l'article 34*bis*2.

§ 2. La demande d'agrément est examinée par le Service compétent. Cet examen est basé sur les pièces jointes au dossier de demande ainsi que sur toute enquête sur place jugée nécessaire.

§ 3. Le Service compétent examine si la demande est recevable et complète et en informe le demandeur. Il lui communique quelles sont les pièces et informations encore manquantes.

§ 4. Dans les soixante jours après avoir constaté que le dossier est complet, le ministre ou son délégué prend une décision accordant ou refusant l'agrément.

Art. 34*bis*4. Le contrôle du respect des obligations réglementaires d'un organisme d'inspection agréé, définies au chapitre II du présent titre, consiste en une surveillance de ses activités par les agents du Service compétent commissionnés par le Ministre. Cette surveillance s'effectue, notamment, par un contrôle a posteriori des instruments de mesure vérifiés ou de façon inopinée lors d'une intervention par un organisme d'inspection agréé.

Art. 34*bis*5. Le Ministre ou son délégué peut à tout moment suspendre ou retirer, en tout ou en partie, l'agrément lorsque l'organisme d'inspection agréé ne se conforme pas aux dispositions du présent arrêté ou aux dispositions prises en exécution de celui-ci, après que l'organisme d'inspection agréé ait été mis à même de présenter ses observations.

CHAPITRE II. — Obligations des organismes d'inspection agréés

Art. 34*bis*6. Les organismes d'inspection agréés respectent les conditions d'agrément.

Ils informent le Service compétent de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur les conditions de validité de leur agrément.

Art. 34*bis*7. Les organismes d'inspection agréés, habilités à effectuer des ajustages, ajustent les instruments de mesure de façon à ce que les erreurs relevées soient aussi proches que possible de zéro.

Art. 34*bis*8. § 1er. Les instruments de mesure soumis à la vérification périodique par un organisme d'inspection agréé conformément à l'article 34*bis*1, § 1er et 2 ou à un contrat d'entretien conformément à l'article 34*bis*1, § 3, sont revêtus par cet organisme, s'ils ont satisfait aux essais prévus, d'une marque d'acceptation définie à l'article 34*bis*16.

§ 2. L'instrument de mesure est refusé si les essais et examens montrent que l'instrument de mesure n'est pas conforme aux dispositions réglementaires.

Een bericht van afkeuring wordt aan de eigenaar en de gebruiker van het meetwerktuig bezorgd. Een kopie van dit afkeuringsbericht wordt gelijktijdig naar de bevoegde Dienst gestuurd.

Het betrokken meetwerktuig wordt in dit geval voorzien van het in artikel 34*bis*17 bepaalde afkeuringsmerk.

§ 3. Wanneer bij de herijk geringe gebreken worden gevonden die geen merkbare invloed hebben op de nauwkeurigheid van het meetwerktuig, kan de keurder van de erkende keuringsinstelling die de ijkverrichting heeft uitgevoerd aan de eigenaar of gebruiker de gelegenheid geven het betrokken meetwerktuig te laten herstellen en het binnen een door de keurder vast te stellen termijn opnieuw ten ijk te laten aanbieden, zonder ondertussen het gebruik van het meetwerktuig te verbieden.

Een bericht van uitgestelde aanvaarding wordt aan de eigenaar en de gebruiker van het meetwerktuig overgemaakt.

Het meetwerktuig wordt in dit geval voorzien van het uitgesteld aanvaardingsmerk bepaald in artikel 34*bis*18. Dit aanvaardingsmerk vermeldt de termijn bedoeld in het eerste lid.

Art. 34*bis*9. De erkende keuringsinstellingen vergewissen zich ervan dat de meetwerktuigen verzegeld zijn overeenkomstig het model- of typegoedkeuringsdossier, de EG-verklaring van overeenstemming of volgens de voorschriften van de bevoegde Dienst.

Het model van de zegels wordt door de bevoegde Dienst goedgekeurd.

De verbroken zegels worden door de bevoegde Dienst of de erkende keuringsinstelling vervangen.

Een meetwerktuig dat niet verzegeld is overeenkomstig het eerste en het tweede lid mag niet gebruikt worden voor gereglementeerde metingen.

Art. 34*bis*10. De erkende keuringsinstellingen sturen volgens de bepalingen vermeld in de erkenning het in artikel 34*bis*19 bedoelde proefverslag naar de bevoegde Dienst.

Art. 34*bis*11. De meetwerktuigen die vergezeld zijn van een gegevenskaart of een metrologisch boekje en de na te leven modaliteiten worden door Ons bepaald.

De afwezigheid of de beschadiging van de gegevenskaart of van het metrologisch boekje heeft de weigering van het meetwerktuig tot gevolg.

Art. 34*bis*12. Voor het betrokken meetwerktuig is de duur van een metrologisch onderhoudscontract minstens gelijk aan de tijdsspanne tussen twee opeenvolgende verplichte herijken.

Art. 34*bis*13. De ambtenaren van de bevoegde Dienst die hiertoe door de Minister aangesteld zijn mogen van de erkende keuringsinstelling eisen dat ze, zonder kosten, de middelen aan personeel en proefmaterieel tot hun beschikking stelt en deelneemt aan proeven in het kader van het toezicht voorzien in artikel 34*bis*4.

HOOFDSTUK III. — IJkverrichtingen

Art. 34*bis*14. De herijk omvat een administratief onderzoek en metrologische proeven.

Het administratief onderzoek laat toe zich ervan te vergewissen dat het meetwerktuig voorzien is van de verplichte informatie, correct verzegeld is en in overeenstemming blijft met het model- of typegoedkeuringsdossier.

De metrologische proeven omvatten de proeven voorzien in het koninklijk besluit inzake het betreffende meetwerktuig.

Elke herstelling of justering bij de herijk moet door de proeven van de herijk gevolgd worden.

Art. 34*bis*15. Indien in de tijdsspanne tussen twee herijken, het meetwerktuig door een erkende keuringsinstelling onderworpen wordt aan een tussenkomst die de uitvoering van alle normaal voor de herijk verplichte proeven noodzakelijk maakt, dan mag de uitvoeringsdatum van deze proeven genoteerd worden als de datum van de laatste herijk mits een nieuw aanvaardingsmerk beschreven in artikel 34*bis*16 wordt aangebracht.

HOOFDSTUK IV. — Merken, tekens, documenten en ijklonen.

Art. 34*bis*16. Het aanvaardingsmerk bij herijk bestaat uit een zelfklevend vignet, aangebracht op een goed zichtbare plaats door een erkende keuringsinstelling. De nadere regels volgens welke het vignet wordt toegekend worden door Ons bepaald.

Het model van het vignet wordt gedefinieerd in bijlage 1.

Un avis de refus est transmis au propriétaire et à l'utilisateur de l'instrument de mesure. Une copie de cet avis de refus est transmise simultanément au Service compétent.

L'instrument de mesure concerné est, dans ce cas, revêtu de la marque de refus définie à l'article 34*bis*17.

§ 3. Si, lors de la vérification périodique, apparaissent des défauts mineurs, n'ayant pas d'influence appréciable sur la précision de l'instrument de mesure, l'inspecteur de l'organisme d'inspection agréé qui a effectué les opérations de vérification, peut donner au propriétaire ou à l'utilisateur l'occasion de faire réparer l'instrument de mesure en question et de le faire soumettre à une nouvelle vérification dans un délai à fixer par l'inspecteur sans que l'emploi de l'instrument de mesure soit interdit entretemps.

Un avis d'acceptation différée est transmis au propriétaire et à l'utilisateur de l'instrument de mesure.

L'instrument de mesure est, dans ce cas, revêtu de la marque d'acceptation différée définie à l'article 34*bis*18. Cette marque d'acceptation mentionne le délai visé à l'alinéa 1er.

Art. 34*bis*9. Les organismes d'inspection agréés s'assurent que les instruments de mesure sont scellés conformément au dossier d'approbation de modèle ou de type, à la déclaration CE de conformité ou aux prescriptions du Service compétent.

Le modèle des scellés est approuvé par le Service compétent.

Les scellés brisés sont remplacés par le Service compétent ou l'organisme d'inspection agréé.

Un instrument de mesure qui n'est pas scellé conformément aux alinéas 1er et 2 ne peut être utilisé pour des mesurages réglementés.

Art. 34*bis*10. Les organismes d'inspection agréés envoient au Service compétent le rapport d'essais visé à l'article 34*bis*19, selon les modalités définies dans l'agrément.

Art. 34*bis*11. Les instruments de mesure pour lesquels une fiche signalétique ou un carnet métrologique accompagne l'instrument de mesure et les modalités à respecter en la matière sont déterminés par Nous.

L'absence ou la détérioration de la fiche signalétique ou du carnet métrologique entraîne le refus de l'instrument de mesure.

Art. 34*bis*12. Un contrat d'entretien métrologique possède une durée au moins égale à l'intervalle de temps séparant deux vérifications périodiques successives obligatoires pour l'instrument de mesure considéré.

Art. 34*bis*13. Les agents du Service compétent commissionnés par le Ministre peuvent exiger que l'organisme d'inspection agréé mette, sans frais, les moyens en personnel et en matériel d'essai à leur disposition et participe aux essais dans le cadre de la surveillance prévue à l'article 34*bis*4.

CHAPITRE III. — Opérations de vérification

Art. 34*bis*14. La vérification périodique comprend un examen administratif et des essais métrologiques.

L'examen administratif permet de s'assurer que l'instrument de mesure porte les informations obligatoires, est correctement scellé et reste conforme au dossier d'approbation de modèle ou de type.

Les essais métrologiques comportent les essais prévus par l'arrêté royal relatif à l'instrument de mesure concerné.

Toute réparation ou ajustage lors de la vérification périodique doit être suivi des essais de la vérification périodique.

Art. 34*bis*15. Si pendant l'intervalle séparant deux vérifications périodiques, l'instrument de mesure est amené à subir une intervention d'un organisme d'inspection agréé, impliquant l'exécution de tous les essais normalement effectués en vérification périodique, la date d'exécution de ces essais pourra être enregistrée comme date de dernière vérification périodique moyennant l'apposition d'une nouvelle marque d'acceptation décrite à l'article 34*bis*16.

CHAPITRE IV. — Marques, signes, documents et taxes

Art. 34*bis*16. La marque d'acceptation en vérification périodique consiste en une vignette autocollante, apposée en un endroit bien visible par un organisme d'inspection agréé. Les modalités d'octroi de cette vignette sont définies par Nous.

Le modèle de la vignette est défini à l'annexe 1re.

De nadere regels voor de markering van de meetwerktuigen waarop het aanbrengen van vignetten niet mogelijk is, worden door Ons bepaald.

Art. 34*bis*17. Het afkeuringmerk bij herijk bestaat uit een zelfklevend vignet, aangebracht door een erkende keuringsinstelling op een goed zichtbare plaats van het meetwerktuig. De nadere regels volgens welke het vignet wordt toegekend worden door Ons bepaald.

Het model van het vignet wordt gedefinieerd in bijlage 2.

Art. 34*bis*18. Het uitgesteld aanvaardingsmerk bij herijk bestaat uit een zelfklevend vignet, aangebracht door een erkende keuringsinstelling op een goed zichtbare plaats van het meetwerktuig. De nadere regels volgens welke het vignet wordt toegekend worden door Ons bepaald.

Het model van het vignet wordt gedefinieerd in bijlage 3.

Art. 34*bis*19. Het proefverslag vermeldt minstens :

1° het erkenningnummer van de keuringsinstelling;

2° de naam, het adres en het ondernemingsnummer van de houder van het meetwerktuig;

3° het adres van gebruik en in voorkomend geval het vestigingsnummer van de gebruiker;

4° indien beschikbaar, het identificatienummer van het meetwerktuig bij de bevoegde Dienst;

5° het merk, het model en het serienummer van het meetwerktuig;

6° de keuringsdatum;

7° het nummer van het vignet;

8° de fouten van het meetwerktuig voor herstelling of justering;

9° de fouten bij de metrologische proeven bepaald in artikel 34*bis*14 van dit besluit;

10° de eventuele niet-conformiteit of de slechte werking van het meetwerktuig;

11° in voorkomend geval, de identificatie van de vorige keuringsinstelling;

12° de staat van verzegeling van het meetwerktuig voor en na de tussenkomst;

13° de beslissing na ijking : aanvaarding, uitgestelde aanvaarding of afkeuring;

14° in voorkomend geval, de toestand van het metrologisch boekje of van de gegevenskaart;

15° de naam van de keurder bedoeld in artikel 34*bis*2, § 2.

TITEL II*ter*. — Verplichtingen van de gebruikers van meetwerktuigen

Art. 34*bis*20. De gebruikers, die meetwerktuigen gebruiken in de zin van artikel 12 van de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen :

1° delen iedere nieuwe ingebruikname van een meetwerktuig mee aan de bevoegde Dienst;

2° vragen de herijk aan, overeenkomstig het betreffend besluit, zodat de reglementaire periodiciteit nageleefd wordt, of sluiten een onderhoudscontract met een erkende keuringsinstelling.

De proeven moeten ten laatste uitgevoerd worden op de vervaldag van het ijkmerk;

3° vergewissen zich van de goede reglementaire staat van hun meetwerktuigen, in het bijzonder van het behoud van de integriteit van de verzegelingen en van de merken van eerste ijk of van de EG-markering van overeenstemming, van het vignet van herijk of van het onderhoudscontract;

4° zorgen voor de integriteit van het metrologisch boekje of van de gegevenskaart indien voorzien in het betreffend besluit, doen ze aanvullen door de erkende keuringsinstellingen en houden ze ter beschikking van de controleoverheden;

5° stellen de niet-conforme meetwerktuigen buiten gebruik. Deze buitengebruikstelling zal ondubbelzinnig zijn en aan de bevoegde Dienst kenbaar worden gemaakt. ».

Art. 4. In hetzelfde besluit wordt een bijlage 1 ingevoegd waarvan de tekst in bijlage 1 bij dit besluit wordt opgenomen.

Art. 5. In hetzelfde besluit wordt een bijlage 2 ingevoegd waarvan de tekst in bijlage 2 bij dit besluit wordt opgenomen.

Art. 6. In hetzelfde besluit wordt een bijlage 3 ingevoegd waarvan de tekst in bijlage 3 bij dit besluit wordt opgenomen.

Les modalités de marquage pour les instruments sur lesquels il n'est pas possible d'apposer des vignettes sont définies par Nous.

Art. 34*bis*17. La marque de refus en vérification périodique consiste en une vignette autocollante, apposée en un endroit bien visible sur l'instrument de mesure par un organisme d'inspection agréé. Les modalités d'octroi de cette vignette sont définies par Nous.

Le modèle de la vignette est défini à l'annexe 2.

Art. 34*bis*18. La marque d'acceptation différée en vérification périodique consiste en une vignette autocollante, apposée en un endroit bien visible sur l'instrument de mesure par un organisme d'inspection agréé. Les modalités d'octroi de cette vignette sont définies par Nous.

Le modèle de la vignette est défini à l'annexe 3.

Art. 34*bis*19. Le rapport d'essais mentionne au moins :

1° le numéro d'agrément de l'organisme d'inspection;

2° le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise du détenteur de l'instrument de mesure;

3° l'adresse du lieu d'utilisation et, s'il échoit, le numéro d'établissement de l'utilisateur;

4° s'il est disponible, le numéro d'identification de l'instrument de mesure auprès du Service compétent;

5° la marque, le modèle et le numéro de série de l'instrument de mesure;

6° la date de vérification;

7° le numéro de la vignette;

8° les erreurs de l'instrument de mesure avant réparation ou ajustage;

9° les erreurs lors des essais métrologiques définis à l'article 34*bis*14 du présent arrêté;

10° les non-conformités éventuelles ou dysfonctionnements de l'instrument;

11° le cas échéant, l'identification de l'organisme d'inspection précédent;

12° l'état du scellement de l'instrument de mesure avant et après l'intervention;

13° la décision de vérification : acceptation, acceptation différée ou refus;

14° le cas échéant, l'état du carnet métrologique ou de la fiche signalétique;

15° le nom de l'inspecteur visé dans l'article 34*bis*2, § 2.

TITRE II*ter*. — Obligations des utilisateurs d'instruments de mesure

Art. 34*bis*20. Les utilisateurs, utilisant des instruments de mesure au sens de l'article 12 de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure :

1° signalent au Service compétent toute nouvelle mise en service d'un instrument de mesure;

2° demandent, conformément à l'arrêté spécifique, la vérification périodique de façon à ce que la périodicité réglementaire soit respectée, ou concluent un contrat d'entretien avec un organisme d'inspection agréé.

Les essais doivent être effectués au plus tard le jour correspondant à la date de péremption de la marque de vérification;

3° s'assurent du bon état réglementaire de leurs instruments de mesure, notamment du maintien de l'intégrité des scellements et des marques de vérification primitive ou du marquage CE de conformité, de la vignette de vérification périodique ou du contrat d'entretien;

4° veillent à l'intégrité du carnet métrologique ou de la fiche signalétique si prévu par l'arrêté spécifique, les font compléter par les organismes d'inspection agréés et les tiennent à disposition des autorités de contrôle;

5° mettent hors service les instruments de mesure non conformes. Cette mise hors service sera non ambiguë et notifiée au Service compétent. ».

Art. 4. Il est inséré dans le même arrêté, une annexe 1 dont le texte figure à l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 5. Il est inséré dans le même arrêté, une annexe 2 dont le texte figure à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 6. Il est inséré dans le même arrêté, une annexe 3 dont le texte figure à l'annexe 3 du présent arrêté.

Art. 7. In artikel 3 van het ministerieel besluit van 7 november 1978 betreffende de herijk en de technische controle van meetwerktuigen worden de woorden «heeft plaats om de vier jaar en» geschrapt.

Art. 8. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2008.

Art. 9. Onze minister bevoegd voor Economie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 juli 2008.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen,
V. VAN QUICKENBORNE

Art. 7. A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 7 novembre 1978 relatif à la vérification périodique et au contrôle technique des instruments de mesure les mots «a lieu tous les 4 ans et» sont supprimés.

Art. 8. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2008.

Art. 9. Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.


Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE

Bijlage 1 :
Aanvaardingsmerk bij herijk



Dit vignet, geleverd door de Metrologische Dienst, rechthoekige vorm, afmetingen 3,5 cm x 7,5 cm, groene kleur, onuitwisbare opschriften, vermeldt :

- in een zeshoek de 2 laatste cijfers van het jaar van ijking;
- in de nabijheid van deze zeshoek, een letter van het alfabet verschillend in functie van de categorie van het meetwerktuig;
- het identificatienummer van het vignet bestaande uit het identificatienummer van de erkende keuringsinstelling en het volgnummer gevormd door vier cijfers;
- het jaartal van de uiterste geldigheidsdatum;
- de maand van de uiterste geldigheidsdatum (in de maandlijst aan te kruisen of te perforeren).

De afmetingen van het vignet mogen verminderd worden wanneer het meetwerktuig te klein is om er de markering op aan te brengen. De afmetingen hierboven vermeld mogen licht aangepast worden om overeen te stemmen met de standaardformaten beschikbaar in de handel.


Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 25 juli 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1972 houdende gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen en tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van hoofdstuk II van deze wet, over de meetwerktuigen.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen,
V. VAN QUICKENBORNE

Annexe 1 :
Marque d'acceptation en vérification périodique



Cette vignette, fournie par le Service de la Métrologie, de forme rectangulaire, dimensions 3,5 cm x 7,5 cm, de couleur verte et inscriptions indélébiles, mentionne :

- dans un hexagone les 2 derniers chiffres de l'année de la vérification;
- à proximité de cet hexagone, une lettre de l'alphabet différente pour chaque catégorie d'instruments de mesure;
- le numéro d'identification de la vignette constitué du numéro d'identification de l'organisme d'inspection agréé et de quatre chiffres représentant le numéro d'incrémentation;
- l'année de la date extrême de validité,
- le mois de la date extrême de validité (à cocher ou perforer dans la liste des mois).

La taille de la vignette peut être réduite lorsque l'instrument de mesure est trop petit pour porter le marquage prévu. Les dimensions reprises ci-dessus peuvent être légèrement adaptées pour s'accorder aux formats standards disponibles sur le marché.


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 juillet 2008 modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE

Bijlage 2 :
Afkeuringsmerk bij herijk



Dit vignet, geleverd door de erkende keuringsinstelling, rechthoekige vorm, afmetingen 3,5 cm x 7,5 cm, rode kleur, onuitwisbare opschriften, vermeldt het identificatienummer van de erkende keuringsinstelling die het vignet aangebracht heeft en de afkeuringsdatum zoals vermeld op het hierboven weergegeven model.

De afmetingen van het vignet mogen verminderd worden wanneer het meetwerktuig te klein is om er de markering op aan te brengen. De afmetingen hierboven vermeld mogen licht aangepast worden om overeen te stemmen met de standaardformaten beschikbaar in de handel.


Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 25 juli 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1972 houdende gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen en tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van hoofdstuk II van deze wet, over de meetwerktuigen.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen,
V. VAN QUICKENBORNE

Annexe 2 :
Marque de refus en vérification périodique



Cette vignette, fournie par l'organisme d'inspection agréé, de forme rectangulaire, dimensions 3,5 cm x 7,5 cm, de couleur rouge et inscriptions indélébiles, mentionne, le numéro d'identification de l'organisme d'inspection agréé qui a procédé à l'apposition de la vignette et la date de refus, comme mentionné sur le modèle repris ci-dessus.

La taille de la vignette peut être réduite lorsque l'instrument de mesure est trop petit pour porter le marquage prévu. Les dimensions reprises ci-dessus peuvent être légèrement adaptées pour s'accorder aux formats standards disponibles sur le marché.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 juillet 2008 modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE

Bijlage 3 :
Uitgesteld aanvaardingsmerk bij herijk



Dit vignet, geleverd door de erkende keuringsinstelling, rechthoekige vorm, afmetingen 3,5 cm x 7,5 cm, gele kleur, onuitwisbare opschriften, vermeldt de termijn voor de herstelling en het identificatienummer van de erkende keuringsinstelling die het vignet aangebracht heeft zoals vermeld op het hierboven weergegeven model.

De afmetingen van het vignet kunnen verminderd worden wanneer het meetwerktuig te klein is om er de markering op aan te brengen. De afmetingen hierboven vermeld mogen licht aangepast worden om overeen te stemmen met de standaardformaten beschikbaar in de handel.


Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 25 juli 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1972 houdende gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen en tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van hoofdstuk II van deze wet, over de meetwerktuigen.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen,
V. VAN QUICKENBORNE

Annexe 3 :
Marque d'acceptation différée en vérification périodique



Cette vignette, fournie par l'organisme d'inspection agréé, de forme rectangulaire, dimensions 3,5 cm x 7,5 cm, de couleur jaune et inscriptions indélébiles, mentionne le délai accordé pour la réparation et le numéro d'identification de l'organisme d'inspection agréé qui a procédé à l'apposition de la vignette comme repris sur le modèle ci-dessus.

La taille de la vignette peut être réduite lorsque l'instrument de mesure est trop petit pour porter le marquage prévu. Les dimensions reprises ci-dessus peuvent être légèrement adaptées pour s'accorder aux formats standards disponibles sur le marché.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 juillet 2008 modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE